



ФОП Жванко Д. В.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Дезенфікуючі розчини системи подачі води в
стоматологічних установках
AQUAstab, AQUAstab+

Артикул: DSAQ00500
DSAQPL500

Дата виготовлення розчину: 25.06.2024
25.06.2024

Партія №: 7072072
1890244

Компонент	AQUAstab	AQUAstab+
Ензимний детергент	0,01%	0,5 %
Хлоргексидін біглюконат	0,2 %	0,01%
Ді-децил-ді-метил аммоній хлорид	0,05%	0,01%
ПГМГ полігексаметиленгуанідін	0,05%	0,05%
ПЕГ 400	0,05%	1%
Triameen Y12 30	0,05%	0,01%

Термін придатності 24 місяці від дати виготовлення.

Висновок: препарат відповідає вимогам
ТУ У 20.2-42462243-001:2018 «Засоби дезінфекційні. Технічні умови»

Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 12.2-18-5/4576 від 05.03.2020р

Жванко Д. В.

